

ZAHTEVE ZA RAZPIS REAGENTOV, KALIBRATORJEV, KONTROLNEGA MATERIALA IN APLIKATORJEV ZA PRIPRAVO VZORCEV BLATA

Predmet javnega naročila je: Nakup reagentov, kontrolnega materiala, kalibratorjev, bio razgradljivega papirja za zbiranje blata, posebnih ovojnic za pošiljanje vzorcev blata po pošti ter testerjev za določanje hemoglobina v blatu na analizatorju OC-SENZOR DIANA, EIKEN.

Določanje hemoglobina v blatu na prikrito krvavitev, opravljamo po metodi dveh vzorcev. Število oseb na letni ravni bi bilo 300.000 kar pomeni 600.000 testerjev.

Kjer je naveden proizvajalec in kataloška številka artikla, mora ponudnik ponuditi zahtevani artikel ali drug enakovreden oziroma boljši artikel navedenega proizvajalca.

Predmet naročila	Kataloška številka	Celotna letna količina	Enota
OC-AUTO Sampling bottle without barcode red 10x100 kos	V-PZ30	300	paket
OC-AUTO Sampling bottle without barcode brown 10x100 kos	V-PZ31	300	paket
Collection paper 2500 kom	V-3005	240	kos
Special envelop 2500 kom	V-3002	120	kos
DIANA CELL 5kom/kpl	M-5F18	7	kos
OC-Control LV1 5mlx2	V-PH53	66	kos
OC-CONTROL LV2 5mlx2	V-PH54	66	kos
OC-Calibrator 1 3mlx1	V-PH51	20	kos
OC-Calibrator 2 1x3ml	V-PH52	20	kos
OC-AUTO3 Buffer Diana 500ml	V-PZ03	765	kos
OC-AUTO3 Latex reagent Diana 5x15ml	V-PZ01	553	kos
		300.000 preiskovancev	

Strokovne zahteve

Reagenti, kalibratorji, kontrolni material:

- Reagenti naj bi imeli daljši rok uporabe, vsaj eno leto in dobro stabilnost
- Stabilen pufer zadnje generacije v epruveh za odvzem vzorcev blata
- Možnost dobave istega lota reagentov za daljši čas
- Zagotoviti kontrolni material za notranjo in zunanjo kontrolo kakovosti

Pribor za odvzem mora imeti:

- Označen datum, do katerega je uporaben
- Nalepke za vpis podatkov odvzema blata (dve barve, rjava in rdeča)

- Zagotoviti sekundarno vrečko, deljeno na dva dela z adsorbentom tekočine za transport biološkega materiala po pošti (dva vzorca blata)

Proizvajalec mora zagotoviti:

- Kvaliteto pribora za odvzem vzorcev blata, ki bo zagotovila stalni volumen vzorca (močna plastika, pri pritisku iz zaprtega pribora ne izteka pufer,...)
- Na pribor za odvzem vzorcev blata ne smejo vplivati sredstva za vzdrževanje higiene wc-školjke
- Pribor za pripravo vzorcev blata mora biti zanesljiv, varen za transport po pošti
- Zagotoviti sekundarno vrečko za transport biološkega materiala z adsorbentom tekočine

Tehnične zahteve:

Ponudnik mora predložiti ponudbo, ki v celoti izpolnjuje vse navedene tehnične zahteve, in sicer:

- Proizvajalec mora zagotoviti kontrolni material za izvajanje kontrole kvalitete
- Aplikatorji za odvzem vzorcev blata morajo biti namenjeni analizi z analizatorjem OC-Sensor Diana
- Potrošni material mora biti popolnoma kompatibilen z analizatorjem OC-Sensor Diana
- Potreben mora biti le kratek čas za pripravo reagentov
- Aplikatorji za odvzem vzorcev blata morajo biti kvalitetni in enostavni za uporabo

Dodatne zahteve:

- Ponudnik mora podati ceno testa po osebi, v katero bodo vključeni vsi materialni stroški potrebni za izvajanje analize in pridobivanja rezultata (aplikatorji za odvzem blata, kontrolni material, kalibrator, reagenti, papir za zbiranje blata, vrečke z adsorbentom)
- Ponudnik mora v primeru potrebe naročnika brezplačno zagotoviti ustrezno skladiščenje naročenega materiala
- Epruvete z aplikatorjem za odvzem blata morajo biti dobavljive s tiskom na nalepkah na zunanji strani v vsaj dveh barvnih različicah, to sta rdeča in rjava
- Oblika epruvete z aplikatorjem mora biti čim bolj primerna za lastnoročni vpis podatkov pacienta

Spodaj podpisani pooblaščen predstavnik ponudnika izjavljam, da vse ponujene storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

V/na _____, dne _____

Ime in priimek:

Žig in podpis: